РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция по лекарствата
REPUBLIC OF BULGARIA
Bulgarian Drug Agency

ДО IA2 – 50331/28.11.2016
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Провеждана от ИАЛ обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR Апарат за амплификация на нуклеинови киселини; Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Апарат за хоризонтална гел-електрофореза за разделяне и детекция на нуклеинови киселини; Обособена позиция № 3 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Система за високоефективна течна хроматография HPLC."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 25.11.2016г. в ИАЛ искане за разяснение по горепосочената процедура, предоставям отговор на зададен въпрос:

Въпрос № 1
Дали, ако подадем оферта до Вас и оферираме система по Обособена позиция № 3, като единствения параметър, който не покриваме в техническата спецификация (Приложение № 10.3.) последен ред от т.4 DAD/PDA детектор с текст „Брой на фотодиодите минимум 1024", а нашия е 512 офертата ни ще бъде ли разгледана?

Отговор на въпрос № 1:

Съгласно Раздел „Други основания за отстраняване", т. 10.11. от Документацията за участие в процедурата и на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С уважение,

Мери Пейчева,
Определено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП съгласно Заповед № А/15-0786/03.11.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *

София 1303, ул. Дамян Груев № 8, тел.: (02) 8903 555, факс: (02) 8903434
8, Damyan Gruev Str., 1303, Sofia, Bulgaria, tel: + 359 2 8903555, fax: + 359 2 8903434,
e-mail: bda@bda.bg